REPÚBLICA DOMINICANA
HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
SANTO DOMINGO, D.N.
--------●---------
TODO POR LA PATRIA"

´´AÑO DE LA INNOVACION Y COMPETITIVIDAD´´

Santo Domingo, D.N.
04 de Abril de 2019

FICHA TECNICA

El Hospital Central de las Fuerzas Armadas en virtud de lo establecido en la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones, sus modificaciones contenidas en la Ley 449-06 y su Reglamento de aplicación No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre del dos mil doce (2012).

Invita a todas las personas naturales y/o jurídicas interesadas en presentar propuesta para el proceso:

Para la adquisición de: Equipos Medicos

Descripción **Cantidad**

Ventilador Pulmonar	3
Modelo 840 PB puedes satifacer las necesidades especificas de prácticamente todos tipos de paciente neonatales que pesan 300 gramos a los pacientes adultos que pesan 150 kilogramos	
Presión limitada máxima 5 CMH20 (125 hpa)	
Capacidad minuciosa del volumen (ce TOT 25 to 75 L/ min	
Precio de funcionamiento máxima 100 cmH20 (98, 1 hpa)	
(Ventilación a base de presión)90 cm H20	
Límite de alarma Alta Presión del circuito 7 a 100 cm H20 alto exhálate min vol. 0.1 a 99 .91 o apagado	
Batera tiempo de recarga 20hora mientras esta conectada con la corriente alteña.	
Electro Bisturi	1
Vallylab Mod. Force FX Serial SN 14666ª	
Carasteritica de salida bipolar	
Modo precise	
Voltaje PP máxima 450 carga nominal (ohmios) 100 de máxima potencia (Vatios) 70 factor de cresta (Tipico) 1.5	
Monopolar Coag	
Desacar modo	
Tensión máxima Pp 3500 carga nominal (ohmios) 500 de máxima potencia (Vatios) 120 factor de creta (Tipico) 5.	
Barra Paralela de Rehebilitacion (Pediatria)	1
Cinesiterapia de las extremidades inferiores. Acero Inoxidable Ajustable	
Maquina de Ejecucion Muscular (Fisioterapia)	

Monitores de signos Vitales GE Dash, Modelo 400 Seriale: F1DJ1087G, SD00849488GA, SBG05401197GA	3
Análisis de Arritmia de Cuatro Derivaciones GE EK-Pro: el Algoritmo clínico GE EK-Pro Proporciona detección avanzada de Fibrilación auricular y alarmante Detención d ECG de 12 Derivaciones GE 12SL Simultanea	
Algoritmo de Presión alterial GE Dinamap Super Stat: Innovador algoritmo GE Dinamap .	

Monitores de Signo Vitales DatasCope.	4
Medidor de Ritmo Cardiaco	
Rango 30 -300 BPM adulto/pediátrico, 30-350 BPM Neonato	
Bateria	
2 Bateria de plomo selladas 12 VDC @ 2.3 una carga 2,3 Ah cada batería	
2 horas +/-6 minutos a partir de dos baterías completamente cargadas en 25 c con ECG Sp02 y 1 NIBP Cada 15 Minutos Ninguna Grabacion	

Los interesados en participar deberán entregar su Oferta en el Departamento de Compras del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, ubicado en la Av. Ortega y Gasset esq. Heriberto Pieter No.1, Ens. Naco, Santo Domingo o por el Portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas, www.comprasdominicanas.gob.do.

Para que los Oferentes/Proponentes puedan ser elegibles para evaluar su oferta económica deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Estar registrado y actualizado en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).
- El objeto de la empresa debe cumplir con el rubro del bien o servicio requerido.
- Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente/Proponentes se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales.
- Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente/Proponente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad
- Garantía de seriedad de oferta un por ciento (1%) del monto total de la oferta, si aplica.
- Cumplir con todos requerimientos solicitados en el pliego de condiciones especificas, si aplica.

Evaluación de Ofertas Económicas:
Solo serán evaluadas las Ofertas Económicas de los Oferentes/Proponentes que hayan resultado como elegibles, de acuerdo a la evaluación de los documentos solicitados en la presente convocatoria.

Solo pasaran a la Adjudicación, los artículos que cumplan con las especificaciones técnicas mínimas, establecidas y requeridas por este Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

Adjudicación:

El Departamento de Compras y/o El Comité de Compras y Contrataciones del del Hospital Central de las Fuerzas Armadas solo adjudicara a los Oferentes/Proponentes que hayan cumplido con todas las condiciones fijadas en la presente convocatoria y que presenten las propiedades que cumplan con las especificaciones técnicas mínimas requeridas resulten más convenientes para la institución atendiendo a su calidad y garantía ofertada.

Para mayor información contactar con el departamento de Compras del Hospital Central de las Fuerzas Armadas a los teléfonos 809-541-9339 Ext.2167.